



猪圆环病毒 2 型探针法荧光定量 PCR 试剂盒

产品及特点:

猪圆环病毒 2 型 (Porcine Circovirus Type 2, PCV2) 是猪圆环病毒 (porcine circovirus, PCV) 的一个基因型, 该病毒体积小, 病毒粒子为 20 面体对称结构, 无囊膜, 细胞培养不产生细胞病变。病毒基因组是一种环状、单股、负链 DNA, 以滚环方式复制。研究表明, PCV2 与猪的多种疾病有关, 是断奶仔猪多系统综合征 (PMWS) 的主要病原, 且与母猪流产、先天性震颤 (CT)、育肥猪的慢性呼吸道病综合征 (PRDC)、猪皮炎和肾病综合症 (PDNS) 等疾病有关。PCV1 无致病性, 广泛存在于猪群。目前将 PCV2 引发的相关疾病总称为圆环病毒相关病 (PCV2 associated diseases, PCVAD), 该病对养猪业的影响越来越大, 造成的经济损失越来越多。因此快速灵敏检测猪圆环病毒 2 型具有重要意义。本公司开发猪圆环病毒 2 型探针法荧光定量 PCR 试剂盒。

1. 即开即用, 用户只需要提供样品 DNA 模板。
2. 引物和探针经过优化, 灵敏性高。
3. 提供阳性对照, 便于区分假阴性样品。
4. 特异性高, 引物是根据猪圆环病毒 2 型高度保守区设计, 不会跟其他病毒 DNA 发生交叉反应。
5. 本产品足够 50 次 20 μ L 体系的探针法荧光定量 PCR 反应。
6. 本产品只能用于科研。

规格及成分:

| 编号 | 成分 | 规格 |
|-----|--------------------------------|------------------|
| 试剂一 | 2 \times Probe qPCR MagicMix | 500 μ L(本色盖) |



| | | |
|------|---|-----------------|
| 试剂二 | 荧光 PCR 专用模板稀释液 | 1mL(黄盖) |
| 试剂三 | 猪圆环病毒 2 型 qPCR 引物混合液 | 100 μ L(白盖) |
| 试剂四 | 猪圆环病毒 2 型 qPCR 探针 | 50 μ L(棕色管) |
| 试剂五 | 猪圆环病毒 2 型探针法 qPCR 阳性对照($1\times 10^8/\mu$ L) | 50 μ L(红盖) |
| 使用手册 | | 1 份 |

运输及保存:

低温运输, -20°C 保存, 保存期限为 12 个月。

自备试剂:

样品 DNA。

使用方法:

一、稀释标准曲线样品 (以 10^2 - 10^7 拷贝/ μ L 这 6 个 10 倍稀释度为例) :

由于标准品浓度非常高, 因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行, 千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分)。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原, 本产品不提供活体样品做阳性对照, 只提供无传染性的 DNA 片段作为阳性对照。

1. 标记 6 个离心管, 分别为 7, 6, 5, 4, 3, 2。
2. 用带芯枪头分别加入 45 μ L 荧光 PCR 专用模板稀释液, 最好用带芯枪头, 下同)。
3. 在 7 号管中加入 5 μ L 1×10^8 拷贝/ μ L 的阳性对照(试剂盒提供), 充分震荡 1 分钟, 得 1×10^7 拷贝/ μ L 的标准曲线样品。放冰上待用。
4. 换枪头, 在 6 号管中加入 5 μ L 1×10^7 拷贝/ μ L 的阳性对照(上步稀释所得), 充分震荡 1 分钟, 得 1×10^6 拷贝/ μ L 的标准曲线样品。放冰上待用。
5. 换枪头, 在 5 号管中加入 5 μ L 1×10^6 拷贝/ μ L 的阳性对照(上步稀释所得), 充分震荡 1 分钟, 得 1×10^5 拷贝/ μ L 的标准曲线样品。



6. 放冰上待用。重复上面的操作直到得到 6 个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。

二、样品 DNA 的制备：

7. 如果有 N 个样品，最好设置 N+2 个提取，多出的一个是 PC（样品制备阳性对照），一个是 NC（样品制备阴性对照）。可以用 10 μ L 阳性对照的 10000 倍稀释液再加上一定量的水使总体积跟每次制备要求的体积一样，以此作为 PC。另外用水作为 NC。

8. 用自选方法纯化样品的 DNA，本试剂盒跟市场上大多数 DNA 提取试剂盒兼容。

三、Probe qPCR 反应（20 μ L 体系，在样品制备室进行）：

9. 如果做定量分析并且只做 1 次重复，则标记 N+9 个 PCR 管，其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品，1 个用于 PCR 阴性对照（用水做模板），6 个用于标准曲线。如果做定性分析，并且只做 1 次重复，则标记 N+4 个 PCR 管，其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品，1 个用于 PCR 阴性对照（用水做模板），1 个用于 PCR 阳性对照（用第 4 号管的阳性对照稀释液做模板）。下面只以定量分析为例描述操作步骤。

10. 在标记管中按下表加入各成分（本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照，并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后最后加）：

| 成份 | N+2 个 样品管 | PCR 阴性 对照管 | 标准曲线样品管 (2-7 管) |
|--------------------------------|--------------|---------------|---|
| 2 \times Probe qPCR MagicMix | 10 μ L | 10 μ L | 各 10 μ L |
| 猪圆环病毒 2 型 qPCR 探针 | 1 μ L | 1 μ L | 各 1 μ L |
| 猪圆环病毒 2 型探针法 qPCR 引物混合液 | 2 μ L | 2 μ L | 各 2 μ L |
| N+2 个待测 DNA 模板 | 7 μ L | -- | -- |
| 超纯水 | -- | 7 μ L | -- |
| 第 7 步所得标准曲线样品稀释液(2-7 号) | -- | -- | 各 7 μ L (2 号样到 2 号管, 3 号样到 3 号管...) |

11. 盖上盖子后上机，按下面参数进行 PCR：



| 过程 | 温度 | 时间 |
|---------------|------|-----------------------|
| 预变性 | 95°C | 3 min |
| PCR 反应 40 个循环 | 95°C | 15 sec |
| | 60°C | 1 min(采集 FAM 通道的荧光信号) |

四、数据处理：

12. 如果把本试剂盒用于定量检测，则以阳性对照浓度的 log 值为横轴，以 Ct 值为纵轴，绘制标准曲线。再以待测样品的 Ct 值从标准曲线上推算出样品 RNA 浓度的 log 值，再推算出其浓度。

13. 如果把本试剂盒用于定性检测，只判断阳性或阴性，则阴性对照 Ct 必须大于或等于 40。阳性对照必须有荧光对数增长，有典型扩增曲线，Ct 值应该小于或等于 30。对待测样品，如果其 Ct 大于或等于 40 则为阴性，如果小于或等于 35 则为阳性。如果在 35-40 之间，则重复一次。若重复结果 Ct 值小于 40，扩增曲线有明显起峰，该样本判断为阳性，否则为阴性。

上海纪宁实业有限公司(www.shjning.com)所有产品仅供科研使用，不得用于其他用途。