

## 血氯 (Cl) 含量(硫氰酸汞终点比色法)检测试剂盒

( 微 板 法 9 6 样 )

### 产 品 简 介:

氯离子与硫氰酸汞作用, 生成难以解离的氯化汞, 并释出等量的硫氰酸根离子, 再和试剂中的铁 离子结合生成橙红色的硫氰酸铁, 在 480nm 波长处测试, 其显色强度与氯离子浓度成正比。

### 所 需 的 仪 器 和 用 品:

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、离心机、蒸馏水。