

尿微量白蛋白 (MALB)含量测定试剂盒 (免疫比浊法)

(微 板 法 9 6 样)

产 品 简 介:

尿液中的 MALB 与试剂中特异性的 MALB 抗体结合, 形成抗原抗体复合物而产生浊度, 其浊度与 MALB 的含量成正比。通过测定特定波长的吸光度, 参照校准曲线可以计算出 MALB 的浓度。

所 需 的 仪 器 和 用 品:

酶标仪、96 孔板、离心机、可调式移液器、研钵和蒸馏水。