

免疫球蛋白 IgM 测定试剂盒（免疫比浊法）

（微板法 96 样）

产品简介:

该检测基于 IgM 抗体与 IgM 抗原间的反应，形成免疫复合物，在 340nm 波长处检测其浊度变化，其变化程度与样本中的 IgM 含量成正比。

所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、水浴锅、可调式移液器、离心机、蒸馏水。