

# 免疫球蛋白 IgM 测定试剂盒 (免疫比浊法)

## (微板法 48 样)

### 产品简介:

该检测基于 IgM 抗体与 IgM 抗原间的反应, 形成免疫复合物, 在 340nm 波长处检测其浊度变化, 其变化程度与样本中的 IgM 含量成正比。

### 所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、水浴锅、可调式移液器、离心机、蒸馏水。