



Caspase-2 活性检测试剂盒

中文名称 : Caspase-2 活性检测试剂盒

英文名称 : Caspase-2 Activity Assay Kit

储存条件 : -20°C

产品包装 : 盒装

检测方法 : 比色法

有 效 期 : 6 个 月

产品规格 : 20T 、 50T 、 100T

产品组成:

试剂名称/规格	20T	50T	100T	保存条件
试剂一	液体 20mL×1 瓶	液体 20 mL×1 瓶	液体 25 mL×1 瓶	-20°C保存
试剂二	液体 30 mL×1 瓶	液体 60 mL×1 瓶	液体 120mL×1 瓶	-20°C保存
试剂三	液体 0.25L×1 支	液体 0.55mL×1 支	液体 0.55mL×2 支	-20°C保存
标准品	液体 1mL×1 支	液体 1 mL×1 支	液体 1 mL×1 支	-20°C保存

溶液的配制:

1 、 试剂一：分装-20°C保存。

2 、 试剂二：分装-20°C保存。

3 、 标准液：pNA 标准溶液， 5 mmol/L。标准溶液在 4°C 条件下为浑浊状态，溶解即可变为澄清状态，不影 响使用。

4 、 标准品稀释液配制： 取 9 mL 试剂一加入 1 mL 试剂二，充分混匀待用。（也可按照试剂一：试剂二=9:1 的比例，自行配制） 。

**产品说明：**

Caspase 是参与细胞凋亡过程的蛋白酶家族，包含 10 多个成员。Caspase-2 也称 Ich-1 或 Nedd-2，在细胞凋亡的信号转导过程中被激活。Caspase-2 的 mRNA 具有两种不同剪切变体，其全长 mRNA 翻译的蛋白可促进凋亡，而短蛋白产物则可抑制凋亡。

试剂盒测定原理基 caspase-2 特异水解其多肽底物 N-acetyl-Val-Asp-Val-Ala-Asp-pNA (Ac-VDVAD-pNA)，释放出游离的硝基/苯胺 pNA, 后者呈黄色在 405nm 具有大吸收峰，用可见光分光光度比色方法测定。其吸光度值对应于 Caspase-2 的水解活性。

注意：实验之前建议选择 2-3 个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者 增加样本量进行检测。

需自备的仪器和用品：

可见分光光度计/酶标仪、100 μ L 玻璃比色皿/96 孔板、台式离心机、水浴锅/恒温培养箱、可调式移液器、研 钵/匀浆器、冰和蒸馏水。

一、样本处理（可适当调整待测样本量）

1、培养细胞：先收集细胞到离心管内，离心后弃上清；按照细胞数量（约 10⁶个）加 100 μ L 试剂二(若裂解不充分可提高至 150-200 μ L), 震荡重悬沉淀，置冰上静置 15min, 4°C , 15000g 离心 10- 15min，取上清置冰上待 测。

2、组织：按照组织质量 (g)：试剂二体积 (mL) 为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1 g 组织，加入 1 mL 试 剂二)，冰浴研磨或充分剪碎，置冰上静置 15 min , 4°C , 15000g 离心 10- 15min，取上清置冰上待测。

二、测定步骤

- 1 、 可见分光光度计/酶标仪预热 30 min 以上，调节波长至 405nm，蒸馏水调零。
- 2 、 临用前用标准品稀释液将 5 mmol/L pNA 标准品稀释至 200 、 100 、 50 、 25 、

12.5 、 0 $\mu\text{mol/L}$ 的标准溶液待用。

3 、 样本测定 (在 96 孔板/EP 管中按顺序加入以下试剂)

试剂名称(μL)	测定管	空白管	标准管
试剂一	40	40	
样本	50		
试剂二		50	
试剂三	10	10	
标准溶液			100
混匀， 盖紧 96 孔板盖子并用封口膜密封。 37°C 孵育 60-120 分钟。 发现颜色变化比较明显时即可测定 405nm 处吸光值。如果颜色变化不明显，可以适当延长孵育时间，甚至可以孵育过夜。空白管只需做 1-2 次。 计算 ΔA 测定 = A 测定管 - A 空白管。			立即测定 405nm 下吸光度

三、 Caspase-2 活性计算

1. 标准曲线的建立：

根据标准管的浓度 (x , $\mu\text{mol/L}$) 和 ΔA 标准 (y , 减去浓度为 0 的空白管) 做标准方程。

将 ΔA 测定代入标准方程得到 $x(\mu\text{mol/L})$ 。

2. 按酶活性增加百分比计算

Caspase-2 活性增加百分比 = (实验处理组 A 测定 - A 空白管) / (实验对照组 A 测定 - A 空白管) $\times 100\%$ 该方法简单可靠，可粗略反应酶活性情况。

3. 按酶活计算

参考 Chemicon 公司的 caspase 酶活力单位的定义 :One unit is the amount of enzyme that will cleave 1.0 nmol of the colorimetric pNA-substrate per hour at 37°C under saturated substrate concentrations. 即一个酶活力单位定义为当底物饱和时，在 37°C 一个小时内可以剪切 1nmol pNA 底物产生 1nmol 游离 pNA 的酶量。这样就可以计算出样本中 含有多少个酶活力单位的 caspase 酶活性。



Caspase-2 活性 (U/mg prot) =x×V 反总÷ (V 样×Cpr) ÷T×10³=2x÷Cpr÷T

V 反总： 反应体系总体积， 0.1mL=10⁻⁴L； V 样： 加入的样本体积， 0.05mL； T： 反应时间， h； Cpr： 样本蛋白浓度， mg/mL； 10³： 单位换算系数， 1μmol =10³nmol。

注意事项：

- 1、由于试剂二中含有还原剂 (DTT)，建议将样本用水稀释 2 倍后，用 Bradford 法测定蛋白浓度，以降低 DTT 对蛋白浓度测定的干扰。不建议使用 BCA 法测定蛋白浓度。
- 2、Caspase 活性测定值低常见的原因是细胞未发生凋亡或细胞量太少，其次是观测时间不恰当。诱导凋亡时，并非剂量越大时间越长 Caspase 活性就越高。建议设置不同剂量和时间点如 0、2、4、8、16、24 小时，以检测佳的观察点。
- 3、所测样本的值高于标准曲线上限时，可用试剂二稀释样本后重新测定。
- 4、盖紧 96 孔板盖子并用封口膜密封。37°C 孵育，肉眼可见颜色变黄时的 OD405 值约为 0.2，此时即可测定。颜色变化不明显可延长反应或过夜，但酶活性较强时，孵育时间过长将导致反应失去线性关系。